

Checkliste für Tandem t:slim X2 mit Control-IQ

Liebe Patientin, lieber Patient,

bald steht Ihr Aufnahmetermin in der Fachklinik Bad Heilbrunn an. Sie verwenden die Insulinpumpe Tandem t:slim X2 mit Control-IQ oder möchten damit beginnen.

Wir bitten Sie daher, vor Ihrer Anreise die folgende Checkliste in Ruhe durchzugehen. Da die Checkliste vertrauliche Informationen enthält, bleibt sie selbstverständlich bei Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren Termin und wünschen Ihnen bis dann alles Gute!

Bei neuer Insulinpumpe

- ☐ Technische Einweisung durch den Pumpenhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Bei neuem CGM-System (Sensor)

- ☐ Technische Einweisung durch den Sensorhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Mein Email-Konto (wichtig, um ggf. Passwörter wiederherzustellen)

- ☐ Meine Email-Adresse: _____ Passwort: _____

Falls gewünscht: Smartphone-Apps

- ☐ Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit Ihrem CGM-System kompatibel ist (siehe Rückseite).
Mein Smartphone Modell: _____
- ☐ **Dexcom App** herunterladen, installieren und einrichten (siehe Rückseite).
Dexcom Username: _____ Passwort: _____
- ☐ **Glooko App** herunterladen, installieren und einrichten (siehe Rückseite).
Glooko Benutzername: _____ Kennwort: _____

Packliste für den Klinikaufenthalt

Bitte nehmen Sie zur Sicherheit genügend Material für den Klinikaufenthalt mit. Wir bemühen uns, alles vorrätig zu haben, können das aber nicht garantieren.

- ☐ Ausreichend Insulinkatheter und Reservoirs, ggf. Setzhilfe für Insulinkatheter
- ☐ Original Ladekabel für die Insulinpumpe
- ☐ CGM-Sensoren und ggf. Transmitter
- ☐ Blutzuckermessgerät, Stechhilfe, Teststreifen

Anhang: Optionale Smartphone-Apps und Pumpe auslesen

Welches Smartphone passt zu meinem Sensor?

Auf folgender Internetseite können Sie prüfen, ob Ihr Smartphone mit Ihrem CGM-System kompatibel ist:

Dexcom G6/G7 Kompatibilitätsliste https://www.dexcom.com/de-DE/compatibility	
--	---

Dexcom App

Die Dexcom-App benötigen Sie, um den vollen Umfang an CGM-Alarmen nutzen zu können (die Insulinpumpe bietet nur wenige CGM-Alarme an).

Dexcom G6 App in mg/dl	
Dexcom G6 App in mmol/l	
Dexcom G7 App	

Glooko-Konto

Die Sensor- und Pumpendaten können nur mit einem Computer ausgelesen werden. Dafür müssen Sie zuerst ein Glooko-Konto eröffnen und am Computer den Glooko Uploader installieren. Zum Auslesen verbinden Sie dann die Insulinpumpe über das Original-Ladekabel mit dem Computer.

Anmerkung: Die Tandem Insulinpumpe kann nicht mit einem Smartphone ausgelesen werden.

Glooko-Konto eröffnen	https://join.glooko.com/?locale=de	
Glooko-Uploader installieren (Anleitung)	https://support.glooko.com/hc/de/articles/115003858029-Wie-installiere-ich-den-Glooko-Uploader	